

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020, № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013, № 631 і від 11.10.2016 № 710. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів».

Замовник : Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія, код ЄДРПОУ - 38452995, вид процедури : відкриті торги з особливостями (з проведенням аукціону); Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-13-002089-a

Предмет закупівлі : Промивач (промивач для мікропланшетів)

Очікувана вартість предмета закупівлі : 203 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ);

Мета проведення закупівлі : З метою виконання поставлених завдань та функцій Чернівецької обласної фітосанітарної лабораторії.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

№ п/п	Характеристики предмета закупівлі (вимоги)	Наявність або відповідність вимозі	Посилання на відповідні розділи, пункти, абзаци, сторінки, тощо документу виробника з технічними характеристиками (інструкції з експлуатації, проспекти, брошури тощо) або інші документи передбачені тендерною документацією, гарантійний лист
Промивач для мікропланшетів			
1.1	Тип планшетів - 96-лункові з плоским, круглим або V-подібним дном лунок	Відповідність	
1.2	Рідкокристалічний дисплей із двома рядками по 16 цифр	Відповідність	
1.3	Чотириклавішна мембранна клавіатура	Відповідність	
1.4	Не менше 20 програм для промивання	Відповідність	
1.5	Кількість каналів дозування – не менше 2-х.	Відповідність	
1.6	8 канална дозуюча гребінка (колектор)	Відповідність	
1.7	Об'єм дозування 50-3000 мкл із кроками 50 мкл для промивання.	Відповідність	
1.8	Точність дозування не гірше 2%.	Відповідність	
1.9	Рівномірність дозування не гірше 4%	Відповідність	
1.10	Залишковий об'єм при перехресній аспірації не гірше 2 мкл/лунку	Відповідність	
1.11	Регульований час замочування (від 5 секунд до 60 хвилин)	Відповідність	
1.12	Регульована швидкість аспірації (від 1 до 3)	Відповідність	
1.13	Габарити – не більше ширина: 280 мм,	Відповідність	